SOP PEMERIKSAAN KADAR HAEMOGLOBIN IBU HAMIL

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	PERSIAPAN ALAT 1. Haemometer 2. Lancet 3. Bengkok 4. Autoclick 5. Alkohol swab/kapas alcohol 6. Tissue 7. HCL 0,1 N 8. Aquades 9. Alat tulis									
II	PROSEDUR PEMERIKSAAN 1. Alat haemometer dalam keadaan bersih dan kering, isi tabung sahli dengan larutan HCl 0,1 N sampai angka 2 2. Bersihkan dan beri antiseptik daerah kapiler jari dengan menggunakan kapas alkohol 70%/alkohol swab 3. Buat perdarahan dengan menusukkan blood lancet pada daerah kapiler jari tersebut 4. Darah yang keluar dihisap menggunakan pipet sahli sampai angka 20 5. Masukkan darah ke dalam tabung sahli, aduk dengan batang pengaduk kaca 6. Diamkan selama 4 menit (hematin akan berubah menjdi asam hematin) 7. Encerkan dengan aquadest tetes demi tetes sampai larutan sama dengan warna standar pada haemometer 8. Baca skala miniskus yang ditunjukkan pada skala tabung sahli 9. Informasikan kepada ibu hasil pemeriksaan 10. Dokumentasikan									